

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

さてこの度、別掲の検査項目につきまして、自動化に伴う機器導入のため提出検体量・検査方法等を変更させて頂くことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- 別掲の一覧表をご参照下さい。

変更期日

- 平成 24 年 12 月 3 日（月）受付分より

検査内容変更項目一覧

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
16.17	ABO 式血液型 Rho(D) 式血液型	検体量	血液型検査専用 EDTA 加血液 2.0ml 1本 (血算、血液像の検体とは別に採血)	EDTA 加血液 2.0ml 1本 (血算、血液像共に同一検体で検査可能)
		検査方法	ゲルカラム遠心凝集法	試験管法
32	不規則性抗体 スクリーニング	報告書	自己対照を省略	自己対照を実施
			「陽性」の場合にのみ 別紙報告書を発行	「陰性」「陽性」共に 別紙報告書を発行
			血液型検査を中止	血液型検査を実施
2351	不規則性抗体 同定	検体量	血液 10.0 ml (血清 5.0ml) 及び EDTA 加血液 5.0ml	血液 10.0 ml (血清 5.0ml) 及び EDTA 加血液 2.0ml
		報告書	血液型検査を中止	血液型検査を実施
1778	直接クームス 試験	検査材料	EDTA 加血液 2.0ml	血液 3.0 ml 又は EDTA 加血液 2.0ml
213	抗グロブリン試験 (直接クームス試験 + 間接クームス試験)	検体量	血液 7.0 ml (血清 3.0ml) 及び EDTA 加血液 2.0ml	血液 7.0 ml (血清 3.0ml)