

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、下記の項目は現行試薬の販売中止を受け、測定試薬を同一メーカーの後継試薬〔コバス 4800 システム CT/NG (ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)〕に変更させていただきます。なお、淋菌検査での口腔内常在菌のナイセリア属との交差反応が改善され、日本では初めて「うがい液」が保険適応となり、患者様への負担が少ない材料での測定が可能となりました。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

【変更項目】

項目コード	検査項目	変更箇所	新	旧
1877	クラミジア・トラコマチス 核酸同定 (PCR)	検体	ぬぐい液・尿・うがい液	ぬぐい液・尿
		保存	2~30℃	2~8℃
		容器	専用容器	スワブ・スピッツ
2310	淋菌核酸同定 (PCR)	検査方法	リアルタイム PCR 法	PCR 法
		所要日数	2~3日	2~3日

※新たに咽頭検体での検査が可能になります。(平成 24 年 7 月 1 日より保険適用)

[総合検査のご案内 P66 参照]

【変更期日】

平成 24 年 12 月 10 日(月)受付分より

〔新旧二法の相関〕

クラミジアトラコマチス

99.4%

n=474		従来法		合計
		陽性	陰性	
コバス®4800 CT/NG	陽性	22	3	25
	陰性	0	449	449
合計		22	452	474

淋菌

99.4%

n=474		従来法		合計
		陽性	陰性	
コバス®4800 CT/NG	陽性	7	2	9
	陰性	1	464	465
合計		8	466	474

Michigan university USA American Society For Microbiology April 2011

〔咽頭材料による相関〕

クラミジアトラコマチス

98.2%

n=445		他社 咽頭スミア		合計
		陽性	陰性	
コバス®4800 うがい液	陽性	23	6	29
	陰性	2	414	416
合計		25	420	445

淋菌

95.1%

n=445		他社 咽頭スミア		合計
		陽性	陰性	
コバス®4800 うがい液	陽性	41	10	51
	陰性	12	382	394
合計		53	392	445

藤本 俊明ら：医学と薬学 66 (6) : 1007-1014, 2011

〔新法の専用容器〕 ご依頼の際は必ず**専用容器**にてご提出ください。

<p>ぬぐい液</p>  <p>コバスPCRメディア スワブ (2本付) 子宮頸部の粘液除去用・子宮頸管検体の採取用</p>	<p>尿・うがい液</p>  <p>コバスPCRメディア 初尿の採取には滅菌済みスポイトをご使用ください。</p> <p>この間に収まる様に検体を添加してください。</p>
---	--