

## 検査中止と内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目の遊離テストステロンにつきまして、検査試薬製造元より、現行試薬の製造を終了する旨の連絡を受けました。これに伴い、誠に勝手ではございますが、検査受託を中止させていただきます。代替試薬での検査実施を予定しておりますが、未発売のため詳細が確認出来次第、改めてご案内させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い致します。

また、裏面に記載しています検査項目アンドロステンジオンにつきまして、検査内容を変更させていただくことに致しますので取り急ぎご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 受託中止項目

#### ● 1752 遊離テストステロン

※1/31 (土) 以降につきましては代替試薬発売後、順次ご報告させていただきます。

### 最終受付日

#### ● 平成 27 年 1 月 30 日(金)

## 受託変更項目

### ● 1470 アンドロステンジオン

## 変更内容

変更内容	新	旧
検体量	血清 0.5ml / 凍結	血清 0.4ml / 冷蔵
検査方法	RIA(硫酸塩析法)	RIA(チューブ固相法)
基準値	別掲参照	別掲参照
報告桁数	整数 3 桁以上: 整数(全桁有効)	小数 1 位、有効 3 桁
	整数 2 桁: 小数 1 位	
	整数 1 桁: 小数 2 位	
所要日数	9~15 日	4~10 日
検査場所	あすか製薬メディカル	LSIメディエンス

## 基準値

年齢	新 (ng/ml)		旧 (ng/ml)	
	男性	女性	男性	女性
10 ~ 19 歳	—	—	—	1.7 ~ 2.7*
20 ~ 29 歳	0.48 ~ 1.82	0.64 ~ 2.34	1.2 ~ 2.5	1.1 ~ 3.9
30 ~ 39 歳	0.42 ~ 1.52	0.57 ~ 2.24	1.0 ~ 3.2	0.9 ~ 3.5
40 ~ 49 歳	0.46 ~ 1.67	0.28 ~ 1.35	1.0 ~ 2.9	0.6 ~ 2.2
50 ~ 59 歳	0.41 ~ 1.57	0.25 ~ 1.21	1.0 ~ 2.5	0.3 ~ 2.1
60 ~ 歳	—	—	0.6 ~ 2.7	0.3 ~ 2.0

\* 実測範囲による参考値 (n=4)

## 実施期日

### ● 平成 27 年 1 月 31 日(土) 受付日分より

#### □ 参考文献

吉田孝雄, 他: ホルモンと臨床, 22(5), 671~676, 1974. (基準値引用先)