

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただく事となり、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒事情ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

項目コード	検査項目	検査案内掲載頁
3572	I型プロコラーゲン-N-プロペプチド (total P1NP)	P. 39

※変更内容についての詳細は次頁以降をご確認ください。


変更期日

- 令和6年8月5日(月)受付分より

● I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (total P1NP)

▼新旧の比較

項目番号	検査項目	変更内容	新	旧
3572	I型プロコラーゲン -N-プロペプチド (total P1NP)	検査方法	ECLIA法	同左
		報告範囲	5.0 ~ 1199 ng/mL	5.0 ~ 1190 ng/mL
		報告上限	1200 ng/mL 以上	同左
		報告下限	5.0 ng/mL 未満	同左
		基準値	男性 : 18.1 ~ 74.1 ng/mL 女性 閉経前 : 16.8 ~ 70.1 ng/mL 女性 閉経後 : 26.4 ~ 98.2 ng/mL メーカー参考値より	同左
		報告桁数 (小数)	999.9まで小数第1位 1000から整数	有効桁3桁、小数第1位
		委託先	自社にて測定	株式会社エスアールエル
		所要日数	2 ~ 4日	3 ~ 5日
	備考	検査案内掲載頁P.39	同左	



【 社内検討データ 】

$$y=1.054 + 5.899x$$

$$r=0.998$$

$$n=52$$